

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000028729_02_02
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat: 0000028729_02 vom 21. Januar 2016

Messeinrichtung: GM700-2 für HF
Hersteller: SICK AG
Nimburger Str. 11
76276 Reute
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 13. Juli 2017
Veröffentlichung: BAnz AT 31.07.2017 B12**

- II Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 19 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 17. Juli 2014 (BAnz AT 05.08.2014 B11, Kapitel I Nummer 2.1) und
vom 27. Februar 2016 (BAnz AT 14.03.2016 B7, Kapitel V 29. Mitteilung)**


Die Messeinrichtung GM700-2 für HF der Fa. SICK AG ist mit einem neuen Messkopfgehäuse ausgestattet worden. Das Gehäuse ist jetzt 10 mm breiter und mit einem Griff und Schnellverschlüssen ausgestattet. Die Service-Schnittstelle ist jetzt von außen zugänglich und die Isolierung wurde optimiert.

Die aktuellen Softwareversionen der Messeinrichtung GM700-2 für HF der Firma SICK AG lauten:

9105060 YVB8 (Messkopf)
9100821 YK10 (Auswerteeinheit)
9091948 WJ24 (Spülluft)

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 8. März 2017

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 8. September 2017


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.