

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000038497_01_04
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000038497_01 vom 05. März 2018

Messeinrichtung: PCME QAL 991 für Staub,
Hersteller: ENVEA UK Ltd.
ENVEA House, Rose & Crown Road
Swavesey/Cambridge CB24 4RB
Großbritannien

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 27. Mai 2020**

Veröffentlichung: BAnz AT 31.07.2020 B10

- II. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 6 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 12. Februar 2013 (BAnz AT 05.03.2013 B10, Kapitel I Nummer 1.2) und
vom 24. Februar 2020 (BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel IV, 43. Mitteilung)**


Die Messeinrichtung PCME QAL 991 für Gesamtstaub der Firma ENVEA UK Ltd.
kann optional mit der Kontrolleinheit netController betrieben werden.


Die Softwareversion des netControllers lautet:

1.04.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 11. März 2020

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 07. August 2020


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.