

# BESCHEINIGUNG

Mitteilung über Änderungen nach DIN EN 15267 zum  
Zertifikat: 0000040334 vom 9. September 2014

---

**Messeinrichtung:** MEAC2012

**Hersteller:** SICK AG  
Nimburger Str. 11  
79276 Reute  
Deutschland

---

## Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der  
Überwachung der Emissionen und der Immissionen.  
Vom 22. Juli 2015  
Veröffentlichung: BAnz AT 26.08.2015 B4**

**V Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung von  
Emissionen und Immissionen:**

- 1 Mitteilung zu Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom  
12. Februar 2013 (BAnz AT 05.03.2013 B10, Kapitel III Nummer 1.1) und vom  
17. Juli 2014 (BAnz AT 05.08.2014 B11, Kapitel V 28. Mitteilung)

Die aktuelle Softwareversion des Emissionsrechners MEAC2012  
der Firma SICK AG, Hamburg lautet:


Version 3.5


In Anlagen entsprechend der 13. BImSchV, die mit berechneten Grenzwerten bei  
Mischfeuerungen arbeiten, sowie Anlagen der 30. BImSchV ist die neue Software-  
Version zu verwenden.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vom 24. März 2015.

---

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH  
Köln, 04. November 2015

  
i. A. Dipl.-Ing. Ruth Steinhagen-Pinnow

  
i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

[www.umwelt-tuv.de](http://www.umwelt-tuv.de)  
teu@umwelt-tuv.de  
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH  
Am Grauen Stein  
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in  
der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang