

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000051691_00_01
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat: 0000051691_00 vom 19. August 2016

Messeinrichtung: FWE200DH für Staub
Hersteller: SICK Engineering GmbH
Bergener Ring 27
01458 Ottendorf-Okrilla
Deutschland

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 22. Februar 2017
Veröffentlichung: BAnz AT 15.03.2017 B6**

**V Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**


- 23 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes vom 14. Juli 2016
(BAnz AT 01.08.2016 B11, Kapitel I Nummer 1.2)


Die Messeinrichtung FWE200DH für Staub der Fa. SICK Engineering GmbH kann optional mit einem Ventil zur Rückspülung der Probenahmeleitung ausgerüstet werden.

Die Ergebnisse der Untersuchungen sind im Prüfbericht 936/21232260/A vom 10. Oktober 2016 der TÜV Rheinland Energy GmbH beschrieben.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy GmbH vom 10. Oktober 2016

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 28. März 2017


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.