

ZERTIFIKAT

über Produktkonformität (QAL1)

Zertifikatsnummer: 0000062070

Messeinrichtung: Model 405 nm für NO, NO₂ und NO_x

Hersteller: 2B Technologies
2100 Central Avenue
Boulder, Colorado 80301
USA

Prüfinstitut: TÜV Rheinland Energy GmbH

Es wird bescheinigt,
dass das AMS unter Berücksichtigung der Normen
DIN EN 4292-1 (2010), DIN EN 4291 (2011)

Leitfaden zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Immissionsmessverfahren (2010)
sowie DIN EN 15267-1 (2009) und DIN EN 15267-2 (2009)

geprüft wurde und zertifiziert ist.

Die Zertifizierung gilt für die in diesem Zertifikat aufgeführten Bedingungen
(das Zertifikat umfasst 11 Seiten).

2022-04-01



Eignungsgeprüft
Entspricht
2008/50/EG
DIN EN 15267
Regelmäßige
Überwachung
www.tuv.com
ID 0000062070

Eignungsbekanntgabe im
Bundesanzeiger vom 22. Juli 2019

Umweltbundesamt
Dessau, 05. November 2019

Gültigkeit des Zertifikates bis:
21. Juli 2024

TÜV Rheinland Energy GmbH
Köln, 04. November 2019

i. A. Dr. Marcel Langner

ppa. Dr. Peter Wilbring

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. + 49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Prüfbericht: 936/21242468/A vom 19. Februar 2019
Erstmalige Zertifizierung: 22. Juli 2019
Gültigkeit des Zertifikats bis: 21. Juli 2024
Veröffentlichung: BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel III Nummer 1.1

Genehmigte Anwendung

Das geprüfte AMS ist geeignet zur kontinuierlichen Immissionsmessung von Stickoxiden im stationären Einsatz.

Die Eignung des AMS für diese Anwendungen wurde auf Basis einer Laborprüfung und eines siebenmonatigem Feldtests beurteilt.

Das AMS ist für den Umgebungstemperaturbereich von 0 °C bis +30 °C zugelassen.

Die Bekanntgabe der Messeinrichtung, die Eignungsprüfung sowie die Durchführung der Unsicherheitsberechnungen erfolgte auf Basis der zum Zeitpunkt der Prüfung gültigen Bestimmungen. Aufgrund möglicher Änderungen rechtlicher Grundlagen sollte jeder Anwender vor dem Einsatz der Messeinrichtung in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass diese Messeinrichtung zur Überwachung der für ihn relevanten Messwerte geeignet ist.

Jeder potentielle Nutzer sollte in Abstimmung mit dem Hersteller sicherstellen, dass dieses AMS für den vorgesehenen Einsatzzweck geeignet ist.

Basis der Zertifizierung

Dieses Zertifikat basiert auf:

- Prüfbericht 936/21242468/A vom 19. Februar 2019 der TÜV Rheinland Energy GmbH
- Eignungsbekanntgabe durch das Umweltbundesamt als zuständige Stelle
- Überwachung des Produktes und des Herstellungsprozesses

Ungültig

2022-04-01

Veröffentlichung im Bundesanzeiger: BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel III Nummer 1.1,
UBA Bekanntmachung vom 28. Juni 2019:

Messeinrichtung:

Model 405 nm für NO, NO₂ und NO_x

Hersteller:

2B Technologies, Boulder, USA

Eignung:

Zur kontinuierlichen Bestimmung der Immissionskonzentrationen von Stickstoffoxid in der Außenluft im stationären Einsatz

Messbereiche in der Eignungsprüfung:

Komponente	Zertifizierungsbereich	Einheit
Stickstoffmonoxid	0–1 200	µg/m ³
Stickstoffdioxid	0–500	µg/m ³

Softwareversion:

Version 36B

Einschränkung:

Keine

Hinweise:

1. Der Prüfbericht über die Eignungsprüfung ist im Internet unter www.qal1.de einsehbar.
2. Da die Messeinrichtung nicht über einen Passwortschutz verfügt, muss sie in einem abschließbaren Container untergebracht sein.
3. Die Gleichwertigkeit zum Referenzverfahren gemäß der Anforderungen des Leitfadens „Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods“ wurde für die Komponenten NO und NO₂ nachgewiesen.

Prüfbericht:

TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln
Bericht-Nr.: 936/21242468/A vom 19. Februar 2019

Ungültig

2022-04-01

Zertifiziertes Produkt

Das Zertifikat gilt für automatische Messeinrichtungen, die mit der folgenden Beschreibung übereinstimmen:

Die Immissionsmeseinrichtung Model 405 nm ist ein kontinuierlicher Stickstoffdioxid-Analysator. Das Messprinzip basiert auf der direkten UV-Absorption. Das Gerät wurde zur kontinuierlichen Messung von NO, NO₂ und NO_x in der Umgebungsluft entwickelt.

Der Modell 405 nm NO₂/NO/NO_x-Monitor ist so konzipiert, dass atmosphärisches Stickstoffdioxid (NO₂), Stickoxid (NO) und NO_x (NO + NO₂) über einen dynamischen Bereich von wenigen ppb, bis zu 10 ppm für NO₂ und 2 ppm für NO, basierend auf der Aufnahme von sichtbarem Licht bei 405 Nanometern (nm), genau gemessen werden kann.

Der Modell 405 nm Analysator nutzt eine absolute Methode zur Messung von NO₂ auf Basis des Lambert-Beer'schen-Gesetzes. Die NO₂-Messung erfolgt mit einer konventionellen auf Absorption basierenden Methode. Das NO₂ wird bei einer UV-Licht-Wellenlänge von 405 nm analysiert. Die dafür notwendige Messweglänge von ca. 2 Metern wird durch den Einsatz einer Messzelle mit einem Röhrendesign erreicht, die für ein geringes Volumen und einen schnellen Gasaustausch sorgt.

Stickoxid wird gemessen, indem die UV-Lichtintensitäten mit und ohne Ozon-Zugabe zur Oxidierung von NO zu NO₂ gemessen werden. Wie im Folgenden näher beschrieben, ergibt sich eine „halbdirekte“ Messung von NO, da die NO-Konzentration direkt ausgegeben wird und nicht auf der Subtraktion der NO₂-Konzentration von einer Gesamt-NO_x-Konzentration beruht. Stattdessen wird die NO_x-Konzentration als Summe der Messungen von NO₂ und NO berechnet.

Die Probenluft wird durch die Pumpe kontinuierlich mit einer Durchflussrate von ca. 1,5 l/min durch das Instrument gesaugt. Das NO₂-Scrubber-Ventil pumpt die Probenluft abwechselnd durch eine Umleitung oder einen beheizten NO₂-Scrubber, um alles NO₂ in der Probe zu entfernen. Die NO₂-gereinigte oder -ungeereinigte Luft durchläuft das Reaktionsvolumen und die DewLine™-Nabor-Röhren durch die optische Zelle und durch den Wellenlängensmesser. Die alternative Umschaltung des NO₂-Scrubber-Ventils alle 5 Sekunden ermöglicht die Messung einer Lichtintensität in der Anwesenheit (I₁) von NO₂ und der Anwesenheit (I₀) von NO₂. Das Lambert-Beer'sche-Gesetz wird dann dazu verwendet, die Konzentration von NO₂ basierend auf I₁ und I₀ zu berechnen.

Stickstoffmonoxid wird gemessen, indem der NO₂-Scrubber umgangen wird, und die Lichtintensität gemessen wird, während man Ozon hinzufügt (I₁) oder nicht hinzufügt (I₀), um NO zu NO₂ entsprechend der bekannten Reaktion zu konvertieren.

NO_x wird durch Addieren der Messungen von NO₂ und NO errechnet.

Allgemeine Anmerkungen

Dieses Zertifikat basiert auf dem geprüften Gerät. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass die Produktion dauerhaft den Anforderungen der DIN EN 15267 entspricht. Der Hersteller ist verpflichtet, ein geprüftes Qualitätsmanagementsystem zur Steuerung der Herstellung des zertifizierten Produktes zu unterhalten. Sowohl das Produkt als auch die Qualitätsmanagementsysteme müssen einer regelmäßigen Überwachung unterzogen werden.

Falls festgestellt wird, dass das Produkt aus der aktuellen Produktion mit dem zertifizierten Produkt nicht mehr übereinstimmt, ist die TÜV Rheinland Energy GmbH unter der auf Seite 1 angegebenen Adresse zu informieren.

Das Zertifikatszeichen mit der produktspezifischen ID-Nummer, das an dem zertifizierten Produkt angebracht oder in Werbematerialien für das zertifizierte Produkt verwendet werden kann, ist auf Seite 1 dieses Zertifikates dargestellt.

Dieses Dokument sowie das Zertifikatszeichen bleiben Eigentum der TÜV Rheinland Energy GmbH. Mit dem Widerruf der Bekanntgabe verliert dieses Zertifikat seine Gültigkeit. Nach Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats und auf Verlangen der TÜV Rheinland Energy GmbH muss dieses Dokument zurückgegeben und das Zertifikatszeichen darf nicht mehr verwendet werden.

Die aktuelle Version dieses Zertifikates und seine Gültigkeit kann auch unter der Internetadresse: qal1.de einesehen werden.

Ungültig

2022-04-01

Dokumentenhistorie

Die Zertifizierung der Messeinrichtung Model 405 mm basiert auf den in folgenden dargestellten Dokumenten und der regelmäßigen fortlaufenden Überwachung des Qualitätsmanagementsystems des Herstellers:

Erstzertifizierung gemäß DIN EN 15267

Zertifikat Nr. 0000062070: 05. November 2019
Gültigkeit des Zertifikats: 21. Juli 2024
Prüfbericht 936/21242468/A vom 19. Februar 2019
TÜV Rheinland Energy GmbH, Köln
Veröffentlichung: BAnz AT 22.07.2019 B8, Kapitel III Nummer 1.1
UBA Bekanntmachung vom 28. Juni 2019

Erweiterte Messunsicherheit Labor, NO, System 1

Messgerät:	M405nm	Seriennummer:	1073		
Messkomponente:	NO	1h-Grenzwert:	104,6		nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 0,5 nmol/mol	0,670	u _{r,z} 0,12	0,0140
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	1,070	u _{r,1h} 0,04	0,0015
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% des Messwertes	0,660	u _{l,1h} 0,40	0,1589
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8,0 nmol/m ² /kPa	0,860	u _{dr,1h} 0,86	0,7319
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0,5 nmol/mol/K	0,080	u _{gt} 0,20	0,0405
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol/K	0,250	u _{st} 0,63	0,3957
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 0,5 nmol/mol/V	0,010	u _v 0,04	0,0015
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Null)	1,070	u _{H2O} 1,47	2,1687
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 0 nmol/mol (Span)	2,370		
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 3,0 nmol/mol (Null) ≤ 0 nmol/mol (Span) ≤ 5,0 nmol/mol (Null) ≤ 5,0 nmol/mol (Span)	1,370 1,430	u _{int,pos} oder u _{int,neg} 1,45	2,1166
9	Mittlungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	0,500	u _{av} 0,30	0,0912
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 1,0%	0,000	u _{asc} 0,00	0,0000
21	Konvertierungsgrad	≥ 99%	0,000	u _{ec} 0,21	0,0438
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 3,0%	2,000	u _g 1,05	1,0941
	Kombinierte Standardunsicherheit			u _c	2,6218
	Erweiterte Unsicherheit			U	5,2436
	Relative erweiterte Unsicherheit			W	5,01
	Maximal erlaubte erweiterte Unsicherheit			W _{req}	15

2022-10-01
Ungültig

Erweiterte Messunsicherheit Labor, NO, System 2

Messgerät: M405nm		Seriennummer: 1076		nmol/mol	
Messkomponente: NO		1h-Grenzwert: 104,6			
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 1,0 nmol/mol	0,500	$u_{r,z}$ 0,09	0,0076
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	1,030	$u_{r,h}$ 0,04	0,0014
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ Messwertes	1,150	$u_{l,h}$ 0,69	0,4823
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8,0 nmol/mol/kPa	0,100	u_{gp} 1,08	1,1707
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol/K	0,050	u_{gt} 0,13	0,0158
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol/K	0,253	u_{st} 0,64	0,4053
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 30 nmol/mol/V	0,000	u_v 0,00	0,0000
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Null)	2,800	u_{H_2O} 0,63	0,3944
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 3,0 nmol/mol (Spann)	0,000	$u_{int,pos}$	
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Spann) ≤ 5,0 nmol/mol (Null) ≤ 5,0 nmol/mol (Spann)	1,670 0,070 0,070	1,31 oder	1,7227
9	Mittlungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	3,800	u_{av} 2,29	5,2663
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 1,0%	0,000	u_{Asc} 0,00	0,0000
21	Konvertierungsgrad	≥ 99,99%	0,060	u_{EC} 0,42	0,1751
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 3,0%	2,000	u_{eg} 1,05	1,0941
Kombinierte Standardunsicherheit				u_c	3,2779
Erweiterte Unsicherheit				U	6,5558
Relative erweiterte Unsicherheit				W	6,27
Maximal erlaubte erweiterte Unsicherheit				W_{req}	15

2022-10-01
Ungültig

Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, NO, System 1

Messgerät: M405nm		Seriennummer: 1073		nmol/mol	
Messkomponente: NO		1h-Grenzwert: 104,6			
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 1 nmol/mol	0,670	U _{r,z}	0,0140
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	1,070	U _{r,h}	-
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% des Messwertes	0,660	U _{i,h}	0,1589
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8 nmol/mc Pa	0,340	U _{pp}	0,7319
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 10 nmol/mol	0,080	U _{gt}	0,0405
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 10 nmol/mol	0,080	U _{st}	0,3957
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 9,30 nmol/mol/V	0,010	U _v	0,0015
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 nmol/mol	≤ 1 nmol/mol (Null)	2,370	U _{H2O}	2,1687
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Span)	1,270	U _{int,pos}	
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Null) oder ≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,070	U _{int,neg}	2,1166
9	Mittelungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	0,500	U _{av}	0,0912
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤ 5,0% des Mittelwertes über 3 Mon.	3,57	U _{r,f}	12,7225
11	Langzeitdrift bei Null	≤ 5,0 nmol/mol	0,390	U _{lt,z}	0,0507
12	Langzeitdrift bei Span	≤ 5,0% des Messwertes im Zert.bereichs	1,290	U _{l,i,h}	0,6069
18	Differenz Proben-/Kalibrierungseingang	≤ 98	0,000	U _{bc}	0,0000
21	Konvertierungsgrad	≤ 0,0%	99,800	U _{rc}	0,0438
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 1,0%	2,000	U _{cg}	1,0941
Kombinierte Standardunsicherheit				u _c	4,5001
erweiterte Unsicherheit				U	9,0002
relative erweiterte Unsicherheit				W	8,60
verbrauchte erweiterte Unsicherheit				W _{req}	15

2022-04-10

Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, NO, System 2

Messgerät: M405nm		Seriennummer: 1076		nmol/mol	
Messkomponente: NO		1h-Grenzwert: 104,6			
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilsicherheit	Quadrat der Teilsicherheit
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 0,500 nmol/mol	0,500	U _{r,z}	0,0076
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	1,030	U _{r,lh}	-
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% des Messwertes	1,150	U _{l,lh}	0,4823
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8 nmol/mol Pa	0,430	U _{pp}	1,1707
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0 nmol/mol	0,050	U _{gt}	0,0158
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0 nmol/mol	0,050	U _{gt}	0,0158
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 0,000 nmol/mV	0,000	U _{st}	0,4053
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 1 nmol/mol (Null)	0,000	U _v	0,0000
		≤ 10 nmol/mol (Span)	0,000	U _{H2O}	0,3944
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Null)	1,030	U _{int,pos}	
		≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,330	oder	1,7227
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Null)	1,070	U _{int,neg}	
		≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,330	U _{av}	5,2663
9	Mittlungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	3,800	U _{av}	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤ 5,0% des Messwertes über 3 Mon.	3,57	U _{r,f}	12,7225
11	Langzeitdrift bei Null	≤ 5,0 nmol/mol	0,940	U _{langz}	0,2945
12	Langzeitdrift bei Span	≤ 5,0% des Messwertes über 3 Mon.	0,890	U _{q,lh}	0,2889
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 2,000 nmol/mol	0,000	U _{bas}	0,0000
21	Konvertierungsgrad	98	0,600	U _r	0,1751
23	Unsicherheit Prüfgas	0%	2,000	U _{sg}	1,0941
				U _c	4,9039
				U	9,8077
				W	9,38
				W _{req}	15

2022-10-01 Ungültig

Erweiterte Messunsicherheit Labor, NO₂, System 1

Messgerät:		M405nm		Seriennummer:		1073	
Messkomponente:		NO ₂		1h-Grenzwert:		104,6	
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	nmol/mol	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 0,350 nmol/mol	0,350	U _{r,z}	0,07	0,0048	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	0,880	U _{r,1h}	0,17	0,0303	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% Messwertes	2,360	U _{l,1h}	1,43	2,0313	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8,0 nmol/mol/kPa	0,100	U _{gt}	1,91	3,6572	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nirmol/K	0,197	U _{st}	0,91	0,8206	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0,0 nmol/mol/V	0,000	U _v	1,78	3,1846	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 10 nirmol/mol (Null)	0,000	U _{h2o}	0,00	0,0000	
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Span)	2,270	U _{int,pos}	1,69	2,8479	
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 5,0 nirmol/mol (Null)	0,000	oder	0,48	0,2299	
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,970	U _{int,neg}			
9	Mittlungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	3,400	U _{av}	2,05	4,2160	
18	Differenz Proben-/Kalibrgaseingang	≤ 1,0% des Messwertes	0,000	U _{misc}	0,00	0,0000	
21	Konvertierungsgrad	≥ 99,99%	0,800	U _{EC}	0,21	0,0438	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 3,0%	2,000	U _{cg}	1,05	1,0941	
Kombinierte Standardunsicherheit						u _c	4,2656
Erweiterte Unsicherheit						U	8,5313
Relative erweiterte Unsicherheit						W	8,16
Maximal erlaubte erweiterte Unsicherheit						W _{req}	15

2022-04-01
Ungültig

Erweiterte Messunsicherheit Labor, NO₂, System 2

Messgerät:	M405nm	Seriennummer:	1076						
Messkomponente:	NO ₂	1h-Grenzwert:	104,6						nmol/mol
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit	Teilunsicherheit	nmol/mol
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 1,0 nmol/mol	0,570	u _{r,z}	0,12	0,0134	0,12	0,0134	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	0,780	u _{r,h}	0,16	0,0248	0,16	0,0248	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ Messwertes	3,290	u _{f,h}	1,99	3,9476	1,99	3,9476	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8,0 nmol/mol/kPa	0,156	u _{gp}	1,71	2,9278	1,71	2,9278	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 1,0 nmol/mol/K	0,100	u _{gt}	0,91	0,8206	0,91	0,8206	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol/K	0,206	u _{st}	1,87	3,4822	1,87	3,4822	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 30 nmol/mol/V	0,020	u _v	0,28	0,0772	0,28	0,0772	
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Null)	0,130	u _{H2O}	1,58	2,5089	1,58	2,5089	
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Span)	0,130	u _{int,pos}					
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,170	oder	0,68	0,4558	0,68	0,4558	
		≤ 5,0 nmol/mol (Null)	0,930						
		≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,800	u _{int,neg}					
9	Mittlungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	1,600	u _{av}	0,97	0,9336	0,97	0,9336	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 1,0%	0,000	u _{asc}	0,00	0,0000	0,00	0,0000	
21	Konvertierungsgrad	≥ 99,9%	0,060	u _{ec}	0,42	0,1751	0,42	0,1751	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 3,0%	2,000	u _{cg}	1,05	1,0941	1,05	1,0941	
Kombinierte Standardunsicherheit				u _c		4,0619		u _c	nmol/mol
Erweiterte Unsicherheit				U		8,1239		U	nmol/mol
Relative erweiterte Unsicherheit				W		7,77		W	%
Maximal erlaubte erweiterte Unsicherheit				W _{req}		15		W _{req}	%

2022-10-01
Ungültig

Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, NO₂, System 1

Messgerät: M405nm		Seriennummer: 1073		nmol/mol	
Messkomponente: NO ₂		1h-Grenzwert: 104,6			
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilunsicherheit	Quadrat der Teilunsicherheit
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 3,0 nmol/mol	0,350	U _{r,z}	0,0048
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	0,880	U _{r,lh}	-
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% des Messwertes	2,360	U _{l,lh}	2,0313
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8 nmol/mc Pa	0,190	U _{sp}	3,6572
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0,1 nmol/mol	0,100	U _{gt}	0,8206
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 0 nmol/mol	1,78	U _{st}	3,1846
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 0,30 nmol/mol/V	0,000	U _v	0,0000
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 mmol/mol	≤ 1 nmol/mol (Null)	2,270	U _{H2O}	2,8479
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Spann)	0,070	U _{int,pos}	
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Spann) oder ≤ 5,0 nmol/mol (Null)	0,570	U _{int,pos} oder U _{r,f}	0,2299
9	Mittelungsfehler	≤ 5,0 nmol/mol (Spann)	0,000	U _{mittelung}	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤ 7,0% des Messwertes	3,400	U _{av}	4,2160
11	Langzeitdrift bei Null	≤ 5,0% des Mittelwertes über 3 Mon.	0,610	U _{r,f}	12,7225
12	Langzeitdrift bei Spann	≤ 5,0 nmol/mol	-0,610	U _{drift}	0,1240
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 5,0% des Maßwertes des Zert.bereichs	0,610	U _{d,i,lh}	0,1357
21	Konverterwirkungsgrad	≥ 98	0,800	U _{sc}	0,0000
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 10%	2,000	U _{gg}	0,0438
				U _c	1,0941
Kombinierte Standardunsicherheit				U _c	5,5783
erweiterte Unsicherheit				U	11,1566
relative erweiterte Unsicherheit				W	10,67
erweiterte Unsicherheit				W _{req}	15

2022-10-01 Ungültig

Kombinierte Messunsicherheit Labor und Feld, NO₂, System 2

Messgerät: M405nm		Seriennummer: 1076		nmol/mol		
Messkomponente: NO ₂		1h-Grenzwert: 104,6				
Nr.	Leistungskenngröße	Anforderung	Ergebnis	Teilsicherheits	Quadrat der Teilsicherheits	
1	Wiederholstandardabweichung bei Null	≤ 1 nmol/mol	0,570	U _{r,z}	0,0134	
2	Wiederholstandardabweichung beim 1h-Grenzwert	≤ 3,0 nmol/mol	0,780	U _{i,lh}	-	
3	"lack of fit" beim 1h-Grenzwert	≤ 4,0% des Messwertes	3,290	U _{i,lh}	3,9476	
4	Änderung des Probengasdrucks beim 1h-Grenzwert	≤ 8 nmol/mc Pa	0,170	U _{pp}	2,9278	
5	Änderung der Probengastemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 10 nmol/mol	0,100	U _{gt}	0,8206	
6	Änderung der Umgebungstemperatur beim 1h-Grenzwert	≤ 10 nmol/mol	1,87	U _{st}	3,4822	
7	Änderung der el. Spannung beim 1h-Grenzwert	≤ 0,30 nmol/mol/V	0,020	U _v	0,0772	
8a	Störkomponente H ₂ O mit 19 nmol/mol	≤ 1 nmol/mol (Null)	2,120	U _{H2O}	2,5089	
8b	Störkomponente CO ₂ mit 500 µmol/mol	≤ 10 nmol/mol (Span)	0,070	U _{int,pos}		
8c	Störkomponente NH ₃ mit 200 nmol/mol	≤ 5,0 nmol/mol (Null) oder ≤ 5,0 nmol/mol (Span)	0,370	U _{int,neg}	0,4558	
9	Mittelungsfehler	≤ 7,0% des Messwertes	1,600	U _{av}	0,9336	
10	Vergleichspräzision unter Feldbedingungen	≤ 5,0% des Mittelwertes über 3 Mon.	3,57	U _{r,f}	12,7225	
11	Langzeitdrift bei Null	≤ 5,0 nmol/mol	0,530	U _{lt,z}	0,0936	
12	Langzeitdrift bei Span	≤ 5,0% des Messwertes im Zert.bereichs	1,330	U _{g,l,h}	0,6451	
18	Differenz Proben-/Kalibriergaseingang	≤ 5,0% des Messwertes	0,000	U _{diff}	0,0000	
21	Konvertierungsgrad	≥ 98	99,600	U _{cc}	0,1751	
23	Unsicherheit Prüfgas	≤ 1,0%	2,000	U _{cg}	1,0941	
				Kombinierte Standardunsicherheit	u _c	5,4691
				erweiterte Unsicherheit	U	10,9382
				relative erweiterte Unsicherheit	W	10,46
				erweiterte Unsicherheit	W _{req}	15

2022-04-10 1