

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000069252_00_02
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000069252_00 vom 4. Juni 2020

Messeinrichtung: ZFDM-4 für Staub
Hersteller: Fuji Electric France S.A.S.
46, Rue Georges Besse, ZI du Brézet
63039 Clermont-Ferrand Cedex 2,
Frankreich

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 31. August 2024
Veröffentlichung: BAnz AT 31.10.2024 B9**

- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 19 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 24. Februar 2020 (BAnz AT 24.03.2020 B7, Kapitel I Nummer 2.1) vom 28. Juni
2022 (BAnz AT 28.07.2022 B4, Kapitel III 12. Mitteilung)**


Die aktuelle Softwareversion der Staubmesseinrichtung ZFDM-4
der Firma Fuji Electric France S.A.S. lautet:


V1.4.5

Zur Überprüfung der Linearität der Messeinrichtung kann auch ein Kontroll-
beziehungsweise Justierblock verwendet werden, in den 3 verschiedene Filter und eine
Nullpunktstufe integriert sind.

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 21. Februar 2024

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 12. November 2024


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.