

BESCHEINIGUNG

Mitteilung: 0000053808_01_03
über Änderungen nach DIN EN 15267 zum Zertifikat 0000053808_01 vom 2. März 2022

Messeinrichtung: QAL 360 für Staub
Hersteller: ENVEA UK Ltd. (PCME Ltd.)
ENVEA House, Rose & Crown Road
Swavesey / Cambridge CB24 4RB
Großbritannien

Umweltbundesamt

**Bekanntmachung über die bundeseinheitliche Praxis bei der
Überwachung der Emissionen und der Immissionen
vom 2. April 2025
Veröffentlichung: BAnz AT 19.05.2025 B3**

- IV. Mitteilungen zur bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung
von Emissionen und Immissionen:**
- 51 Mitteilung zu den Bekanntmachungen des Umweltbundesamtes
vom 22. Februar 2017 (BAnz AT 15.03.2017 B6, Kapitel I Nummer 2.2) und
vom 19. März 2024 (BAnz AT 10.05.2024 B7, Kapitel V 14. Mitteilung)**


Die Messeinrichtung PCME QAL 360 für Staub der Fa. ENVEA UK Ltd. hat jetzt den
Gerätenamen QAL 360.

Die Steuereinheit NetController verfügt über eine überarbeitete Hauptplatine. Die neue
Softwareversion für die Steuereinheit NetController der Messeinrichtung QAL 360 lautet:

Controller Software 1.09

Stellungnahme der TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH vom 20. Dezember 2024

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Köln, 20. Mai 2025


i. V. Dipl.-Ing. Guido Baum


i. A. Dipl.-Ing. Carsten Röllig

www.umwelt-tuv.eu
tre@umwelt-tuv.eu
Tel. +49 221 806-5200

TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11120-02-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.